

# Grafik 1: Implantatregister SIRIS Hüfte und Knie - Hüftprothetik

ANQ-Kommentar zum  
dargestellten Vergleich  
(Grafik 1)

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2015 bis 31.12.2018 bei  
primären Hüfttotalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 2.6%.

