

Grafik 2:
Implantatregister
SIRIS Hüfte und Knie
- Knieprothetik

ANQ-Kommentar zum
dargestellten Vergleich
(Grafik 2)

Diese Grafik zeigt die
adjustierte 2-Jahres-
Revisionsrate im Zeitraum
vom 1.1.2015 bis 31.12.2018 bei
primären Knie totalprothesen
mit primärer Arthrose.
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag
durchschnittlich bei 3.5%.

